

MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10
STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU Gorj
Tel: 0253/210.156, 0253/237.878, 0253/224.189 Tel/Fax 0253/210.144, 0253/237878
E-mail: dspj.gorj.repub@intergorj.ro, dspj.gorj@intergorj.ro, microbiologie.aspgorj@yahoo.com
Pagina Web: http://www.dspgorj.ro Numar cu date cu caracter personal: 35910

Buletin Analiza pentru determinarea sterilitatii
Nr.: 55

Data.: 18/01/2018

Solicitant: SPITALUL PNEUMOTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, **Judetul:** Gorj, **Localitatea:** COMUNA RUNCU, **Strada: , Nr.**

Pentru probele:

Nr. proba	Den. proba	Recoltari	Data si ora recoltare	Loc recoltare	Recoltat de	Observatii
119	sterile	bronhoscop	12.01.2018 09:00	explorari functionale	As.Ceureanu I.	
120	sterile	interior cuva	12.01.2018 09:00	explorari functionale	" "	

Data si Ora Primirii Probelor: 12.01.2018 09:50

Executant Analiza: As. Brinzan Olivia

Data si Ora Punerii in Lucru: 12.01.2018 11:00

Determinari microbiologice

Nr.proba	Parametru	UM	Valoare Determinata	Valoare admisa	Standard de Lucru
119	Determinarea Sterilitatii		steril	STERIL	ORD. MS. 961/2016
120	Determinarea Sterilitatii		steril	STERIL	ORD. MS. 961/2016

MEDIC SEF DE LABORATOR	RESPONSABIL DE ANALIZA

DR. IVASCU LEONTI
MEDIC PRIMAR
COD 030084

DR. IVASCU LEONTI
MEDIC PRIMAR
COD 030084

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.

Cod F-18-06-M/ED.02/rev.05/15.12.2017

Pag. 1 / 1

**MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ**

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10
STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU Gorj
Tel: 0253/210.156, 0253/237.878, 0253/224.189 Tel/Fax 0253/210.144, 0253/237878
E-mail: dspj.gorj.repub@intergorj.ro, dspj.gorj@intergorj.ro, microbiologie.aspgorj@yahoo.com
Pagina Web: http://www.dspgorj.ro Numar cu date cu caracter personal: 35910

Buletin Analiza cu rezultatul determinarilor contaminarii microbiologice a obiectelor si suprafetelor

Nr.: 54

Data.: 18/01/2018

Solicitant: SPITALUL PNEUMOFIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, **Judetul:** Gorj, **Localitatea:** COMUNA RUNCU, **Strada:** , **Nr.**

Pentru probele:

Nr. proba	Den. proba	Recoltari	Data si ora recoltare	Loc recoltare	Recoltat de	Observatii
99	SUPRAFETE	25cm2	12.01.2018 09:00	pervaz fereasta,sala tratament,sectia I ,compart. PN	AS.CEAUREANU	
100	" "	" "	12.01.2018 09:00	chiuveta, salon nr.155,sectia PN	" "	
101	" "	" "	12.01.2018 09:00	perete faianta,grup sanitar,sectia I PN	" "	
102	" "	" "	12.01.2018 09:00	perete PVC,hol,sectia IIPN,compart. PN	" "	
103	" "	" "	12.01.2018 09:00	masa tratament,sal tratament,sectia IIPN	" "	
104	" "	" "	12.01.2018 09:00	pervaz fereasta,sala de tratament,sectia alIPN	" "	
105	" "	" "	12.01.2018 09:00	chiuveta,salon nr.63,sectia alI PN	" "	
106	" "	" "	12.01.2018 09:00	perete faianta,grup sanitar,sectia alla PN	" "	
107	" "	" "	12.01.2018 09:00	chiuveta, grup sanitar,sectia a IIa PN	" "	
108	" "	" "	12.01.2018 09:00	capac WC,grup sanitar,sectia alla PN	" "	
109	" "	" "	12.01.2018 09:00	hota cu flux laminar,laborator	" "	
110	" "	" "	12.01.2018 09:00	perete faianta,hematologie	" "	
111	" "	" "	12.01.2018 09:00	masa lucru,biochimie	" "	
112	" "	" "	12.01.2018 09:00	perete PVC,explorari functionale	" "	
113	" "	" "	12.01.2018 09:00	chiuveta,explorari functionale	" "	
114	" "	" "	12.01.2018 09:00	perete PVC,hol,sectia a III a PN,compart. PN	" "	
115	" "	" "	12.01.2018 09:00	masa tratament,sectia alIIa PN,compart PN	" "	
116	" "	" "	12.01.2018 09:00	pervaz fereasta,sala tratament,sectia alIIa PN,compart.PN	" "	
117	" "	" "	12.01.2018 09:00	perete PVC,hol,sectia PN,compart. PN	" "	
118	" "	" "	12.01.2018 09:00	masa tratament,sectia I PN,compart. PN	" "	

Data si Ora Primirii Probelor: 12.01.2018 09:50
Data si Ora Punerii in Lucru: 12.01.2018 11:30

Executant Analiza:As. Brinzan Olivia

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.

Determinari microbiologice

Nr.proba	Parametru	UM	Valoare Determinata	Valoare admisa	Standard de Lucru
99	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016
99	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
100	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016
100	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
101	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016
101	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
102	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016
102	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
103	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016
103	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
104	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016
104	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
105	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016
105	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
106	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016
106	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
107	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016
107	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
108	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016
108	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
109	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016
109	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
110	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016
110	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
111	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016
111	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
112	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016
112	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	4/cm2(stafilococ coagulaza negativ)	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
113	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016
113	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
114	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016
114	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	4cm2(stafilococ coagulaza negativ)	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
115	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016
115	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
116	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016
116	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
117	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016
117	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
118	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016
118	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016

MEDIC SEF DE LABORATOR	RESPONSABIL DE ANALIZA
-------------------------------	-------------------------------

DR. IVASCU LEONTI
MEDIC PRIMAR
COD 000000

DR. IVASCU LEON
MEDIC PRIMAR
COD 000000

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.

Cod F-18-05-M/ED.02/rev.07/15.12.2017

Pag. 2 / 2

**MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ**

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10
STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU Gorj
Tel: 0253/210.156, 0253/237.878, 0253/224.189 Tel/Fax 0253/210.144, 0253/237878
E-mail: dspj.gorj.repub@intergorj.ro, dspj.gorj@intergorj.ro, microbiologie.aspgorj@yahoo.com
Pagina Web: http://www.dspgorj.ro Numar cu date cu caracter personal: 35910

Buletin Analiza aeromicroflora - tip 2

Nr.: 53

Data.: 18/01/2018

Solicitant: SPITALUL PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, **Judetul:** Gorj, **Localitatea:** COMUNA RUNCU, **Strada:** , **Nr.**

Pentru probele:

Nr. proba	Den. proba	Recoltari	Data si ora recoltare	Loc recoltare	Recoltat de	Observatii
89	AEROMICROFLORA	5 minute	12.01.2018 09:00	BACTERIOLOGIE,LABORATOR	AS. CEAUREANU	
90	" "	" "	12.01.2018 09:00	HEMATOLOGIE,LABORATOR	" "	
91	" "	" "	12.01.2018 09:00	BIOCHIMIE,LABORATOR	" "	
92	" "	" "	12.01.2018 09:00	CAMERA DE GARDA,EXPLORARI FUNCTIONALE	" "	
93	" "	" "	12.01.2018 09:00	SALA DE TRATAMENT,SECTIA A III A COMPART.PN	" "	
94	" "	" "	12.01.2018 09:00	SALA DE TRATAMENT,SECTIA I COMPART.PN	" "	
95	" "	" "	12.01.2018 09:00	SALA DE TRATAMENT,SECTIA AIIA,COMPART.PN	" "	
96	" "	" "	12.01.2018 09:00	OFICINA,FARMACIE	" "	
97	" "	" "	12.01.2018 09:00	SALA TRATAMENT,AMBULATORIU	" "	
98	" "	" "	12.01.2018 09:00	SALA TRATAMENT,CAMERA DE GARDA	" "	

Data si Ora Primirii Probelor: 12.01.2018 09:50 **Executant Analiza:**As. Brinzan Olivia

Data si Ora Punerii in Lucru: 12.01.2018 11:00

Determinari microbiologice

Nr.proba	Parametru	UM	Valoare Determinata	Valoare admisa	Standard de Lucru
89	Numar total de germeni aerobimezofili	UFC/m3	315	-	
89	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3	0	-	
90	Numar total de germeni aerobimezofili	UFC/m3	315	-	
90	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3	0	-	
91	Numar total de germeni aerobimezofili	UFC/m3	157	-	
91	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3	0	-	
93	Numar total de germeni aerobimezofili	UFC/m3	0	-	

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.

Cod F-18-09-M/ED.02/rev.07/15.12.2017

Pag. 1 / 2

93	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3	0	-	
94	Numar total de germeni aerobimezofili	UFC/m3	0	-	
94	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3	0	-	
95	Numar total de germeni aerobimezofili	UFC/m3	315	-	
95	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3	0	-	
96	Numar total de germeni aerobimezofili	UFC/m3	472	-	
96	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3	0	-	
97	Numar total de germeni aerobimezofili	UFC/m3	315	-	
97	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3	0	-	
98	Numar total de germeni aerobimezofili	UFC/m3	0	-	
98	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3	0	-	

MEDIC SEF DE LABORATOR	RESPONSABIL DE ANALIZA

DR. IVASCULEONTIN
MEDIC PRIMAR
CCD 050064

DR. IVASCULEONTIN
MEDIC PRIMAR
CCD 050064

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.

Cod F-18-09-M/ED.02/rev.07/15.12.2017

Pag. 2 / 2

**MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ**

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10 STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU Gorj Tel: 0253/210.156, 0253/237.878, 0253/224.189 Tel/Fax 0253/210.144, 0253/237878 E-mail: email dsp.gorj.repub@intergorj.ro, dspj.gorj@intergorj.ro, microbiologic.aspgorj@yahoo.com Pagina Web: http://www.dsp-gorj.ro Numar cu date cu caracter personal: 35910	acreditat pentru INCERCARE  SR EN ISO/CEI 17025:2005 CERTIFICAT DE ACREDITARE U 1060
---	--

Buletin Analiza apa potabila

Nr.: 210

Data.: 02/02/2018

Solicitant: SPITALUL PNEUMOTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, **Judetul:** Gorj, **Localitatea:** COMUNA RUNCU, **Strada:** , **Nr.**

Pentru probele:

Nr. proba	Den. proba	Recoltari	Data si ora recoltare	Loc recoltare	Recoltat de	Observatii
365	APA POTABILA	ROBINET BUCATARIE	30.01.2018 09:00	ROBINET BUCATARIE	CEAURANU ION	

Data si Ora Primirii Probelor: 30.01.2018 10:00

Executant Analiza: As. Zorzolui Ioana

Data si Ora Punerii in Lucru: 30.01.2018 12:00

Chimici

Nr.proba	Parametru	UM	Valoare Determinata	Valoare admisa	Standard de Lucru
365	Amoniu	mg/l	<0.048	≤0.50	SR ISO 7150 - 1 : 2001
365	Azotiti	mg/l	<0.017	≤0.50	SR EN 26777 : 2002
365	*Clor rezidual liber	mg/l	0.05	≤0.50	STAS 6364 : 1978
365	*Clor rezidual total	mg/l	0.05	-	STAS 6364 : 1978

Fizico - Chimici

Nr.proba	Parametru	UM	Valoare Determinata	Valoare admisa	Standard de Lucru
365	Conductivitate electrica	µS/cm	125.820	≤2500	SR EN 27888 : 1997
365	Ph	Unitati de Ph	7.8/21.2°C	6.5 - 9.5/ Temp. C	SR ISO 10523 : 2012

Organoleptici

Nr.proba	Parametru	UM	Valoare Determinata	Valoare admisa	Standard de Lucru
365	*Culoare		CORESP	-	SR EN ISO 7887 : 2012-Metoda A
365	*Gust		CORESP	-	SR EN 1662 : 2007
365	*Miros		CORESP	-	SR EN 1662 : 2007

Determinari microbiologice

Nr.proba	Parametru	UM	Valoare Determinata	Valoare admisa	Standard de Lucru
365	Bacterii coliforme	UFC/100 ml	0	0	SR EN ISO 9308 - 1 : 2015
365	Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 7899 - 2 : 2002
365	Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 9308 - 1 : 2015
365	Numar de colonii la 37C	UFC/ml	1	Nici o modificare anormala	SR EN ISO 6222 : 2004

MEDIC SEF DE LABORATOR
MEDIC PRIMAR
 [Signature]

RESPONSABIL DE ANALIZA

[Signature]
CHIMIST
CEC 830048

*OBSERVATII: Valorile maxim admise sunt conform Legilor privind calitatea apei potabile nr. 458/2002 republicata 2011 si nr.311/2004. Incercarile s-au efectuat conform procedurilor specifice si standardelor in vigoare. Preturile prestate sunt conform OMS nr.208/07.03.2012. Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Incercarile si interpretarile marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.*

Cod F-18-01-M/CT-ed.01/rev.04/15.12.2017