

**MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ**

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10 STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU Gorj Tel: 0253/210.156, 0253/237.878, 0253/224.189 Tel/Fax 0253/210.144, 0253/237878 E-mail: email dsp.gorj.rel.pub@gmail.com, dspj.gorj@intergorj.ro, microbiologic.aspgorj@yahoo.com Pagina Web: http://www.dsp-gorj.centruldecacul.ro Numar cu date cu caracter personal: 35910	acreditat pentru INCERCARE  SR EN ISO/CEI 17025:2005 CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 1060
---	---

Buletin Analiza pentru controlul microbiologic al sterilitatii

Nr.: 162

Data: 28/01/2019

Solicitant: SPITALUL PNEUMOTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, Judetul: Gorj, Localitatea: COMUNA RUNCU, Strada: , Nr.

Pentru probele:

Nr. proba	Den. proba	Recoltari	Data si ora recoltare	Loc recoltare	Recoltat de	Observatii
331	pentru controlul microbiologic al sterilitatii	sterile	22.01.2019 08:30	Apa din barbotorul pt. administrarea oxigenului , sectia a III a	Ceaureanu I.	comanda analiza nr.92
332	pentru controlul microbiologic al sterilitatii	sterile	22.01.2019 08:30	Apa din barbotorul pt. administrarea oxigenului,explorari functionale	Ceaureanu I.	comanda analiza nr.92
333	pentru controlul microbiologic al sterilitatii	sterile	22.01.2019 08:30	Apa din barbotorul pt. administrarea oxigenului, sectia I	Ceaureanu I.	comanda analiza nr.92
334	pentru controlul microbiologic al sterilitatii	sterile	22.01.2019 08:30	Apa din barbotorul pt. administrarea oxigenului ,sectia a II a	Ceaureanu I.	comanda analiza nr.92
335	pentru controlul microbiologic al sterilitatii	sterile	22.01.2019 08:30	Apa din barbotorul pt. administrarea oxigenului ,camera de garda	Ceaureanu I.	comanda analiza nr.92
336	pentru controlul microbiologic al sterilitatii	sterile	22.01.2019 08:30	electrozi chinesport,recuperare	Ceaureanu I.	comanda analiza nr.92

Data si Ora Primirii Probelor: 22.01.2019 09:45

Data si Ora Punerii in Lucru: 22.01.2019 10:30

Determinari microbiologice

Nr.proba	Parametru	UM / Metoda	Valoare Determinata	Valoare admisa	Referential
331	Determinarea Sterilitatii		STERIL	STERIL	ORD. MS. 961/2016
332	Determinarea Sterilitatii		STERIL	STERIL	ORD. MS. 961/2016
333	Determinarea Sterilitatii		STERIL	STERIL	ORD. MS. 961/2016
334	Determinarea Sterilitatii		STERIL	STERIL	ORD. MS. 961/2016
335	Determinarea Sterilitatii		STERIL	STERIL	ORD. MS. 961/2016
336	Determinarea Sterilitatii		STERIL	STERIL	ORD. MS. 961/2016

MEDIC SEF DE LABORATOR	RESPONSABIL DE ANALIZA

*Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Incercarile si interpretarile marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc) este interzisa. daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.*

**MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ**

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10	acreditat pentru ÎNCERCARE
STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU - Gorj	
Tel: 0253/210.156, 0253/237.878, 0253/224.189 Tel/Fax 0253/210.144, 0253/237878	SR EN ISO/CEI 17025 2005
E-mail: email dsp.gorj.rel.pub@gmail.com, dspj.gorj@intergorj.ro, microbiologie.aspgorj@yahoo.com	CERTIFICAT DE ACREDITARE
Pagina Web: http://www.dsp-gorj.centruldecacul.ro Numar cu date cu caracter personal: 35910	LI 1060

Buletin Analiza pentru determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare - suprafete

Nr.: 161

Data: 28/01/2019

Solicitant: SPITALUL PNEUMOTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, Judetul: Gorj, Localitatea: COMUNA RUNCU, Strada: , Nr.

Pentru probele:

Nr. proba	Den. proba	Recoltari	Data si ora recoltare	Loc recoltare	Recoltat de	Observatii
310	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	22.01.2019 09:00	Hota cu flux laminar,laborator	Ceaureanu I.	comanda analiza nr.96
311	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	22.01.2019 09:00	masa de lucru,bacteriologie,laborator	Ceaureanu I.	comanda analiza nr.96
312	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	22.01.2019 09:00	masa de lucru,hematologie, laborator	Ceaureanu I.	comanda analiza nr.96
313	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	22.01.2019 09:00	maini As. Dubreu V.	Ceaureanu I.	comanda analiza nr.96
314	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	22.01.2019 09:00	noptiera,Salon nr.250 ,sectia a III a	Ceaureanu I.	comanda analiza nr.96
315	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	22.01.2019 09:00	maini,As. Ursu I.,sectia a III a	Ceaureanu I.	comanda analiza nr.96
316	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	22.01.2019 09:00	cearsaf,Salon nr.250 ,sectia a III a	Ceaureanu I.	comanda analiza nr.96
317	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	22.01.2019 09:00	perete PVC,explorari functionale	Ceaureanu I.	comanda analiza nr.96
318	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	22.01.2019 09:00	maini,As.Diaconescu C., explori functionale	Ceaureanu I.	comanda analiza nr.96
319	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	22.01.2019 09:00	noptiera,Salon nr.168 ,sectia I	Ceaureanu I.	comanda analiza nr.96
320	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	22.01.2019 09:00	cearsaf,Salon nr.168 ,sectia I	Ceaureanu I.	comanda analiza nr.96
321	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	22.01.2019 09:00	maini,As.Popescu C.	Ceaureanu I.	comanda analiza nr.96
322	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	22.01.2019 09:00	noptiera,Salon nr.62 ,sectia a II a PN	Ceaureanu I.	comanda analiza nr.96
323	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	22.01.2019 09:00	cearsaf,Salon nr.62 ,sectia a II a PN	Ceaureanu I.	comanda analiza nr.96
324	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	22.01.2019 09:00	maini,As. Ingustu E.	Ceaureanu I.	comanda analiza nr.96
325	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	22.01.2019 09:00	chiuveta, camera de garda	Ceaureanu I.	comanda analiza nr.96

*Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Incercarile si interpretarile marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.*

**MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ**

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10	acreditat pentru INCERCARE
STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU Gorj	
Tel: 0253/210.156, 0253/237.878, 0253/224.189 Tel/Fax 0253/210.144, 0253/237878	SR EN ISO/CEI 17025:2005
E-mail: email dsp.gorj.rel.pub@gmail.com, dspj.gorj@intergorj.ro, microbiologie.aspgorj@yahoo.com	CERTIFICAT DE ACREDITARE
Pagina Web: http://www.dsp-gorj.centruldecalcul.ro Numar cu date cu caracter personal: 35910	LI 1060

Buletin Analiza pentru determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare - suprafete

Nr.: 161

Data: 28/01/2019

Solicitant: SPITALUL PNEUMOTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, **Judetul:** Gorj, **Localitatea:** COMUNA RUNCU, **Strada:** , **Nr.**

326	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	22.01.2019 09:00	maini, As. Nebunu L., ambulatoriu	Ceaureanu I.	comanda analiza nr.96
327	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	22.01.2019 09:00	chiuveta,cabinet consultatii,ambulatoriu	Ceaureanu I.	comanda analiza nr.96
328	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	22.01.2019 09:00	cearsaf,depozit lenjerie curata	Ceaureanu I.	comanda analiza nr.96
329	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	22.01.2019 09:00	perete faianta,bucatarie	Ceaureanu I.	comanda analiza nr.96
330	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	22.01.2019 09:00	maini ,Traistaru Elena,bucatar	Ceaureanu I.	comanda analiza nr.96

Data si Ora Primirii Probelor: 22.01.2019 09:45

Data si Ora Punerii in Lucru: 22.01.2019 15:21

Determinari microbiologice

Nr.proba	Parametru	UM / Metoda	Valoare Determinata	Valoare admisa	Referential
310	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
310	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
311	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
311	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
312	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
312	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
313	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
313	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/ml	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
314	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
314	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
315	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
315	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
316	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
316	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
317	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
317	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
318	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
318	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/ml	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
319	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
319	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M

*Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Incercarile si interpretarile marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.*

**MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ**

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10	acreditat pentru INCERCARE
STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU Gorj	
Tel: 0253/210.156, 0253/237.878, 0253/224.189 Tel/Fax 0253/210.144, 0253/237878	SR EN ISO/CEI 17025:2005
E-mail: email dsp.gorj.rel.pub@gmail.com, dspj.gorj@intergorj.ro, microbiologie.aspgorj@yahoo.com	CERTIFICAT DE ACREDITARE
Pagina Web: http://www.dsp-gorj.centruldecicul.ro Numar cu date cu caracter personal: 35910	LI 1060


Buletin Analiza pentru determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare - suprafete

Nr.: 161

Data: 28/01/2019

Solicitant: SPITALUL PNEUMOTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, Judetul: Gorj, Localitatea: COMUNA RUNCU, Strada: , Nr.

320	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
320	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
321	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
321	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/ml	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
322	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
322	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
323	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
323	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
324	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
324	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
325	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
325	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
326	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
326	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/ml	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
327	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
327	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
328	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
328	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
329	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
329	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
330	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
330	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/ml	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M

MEDIC SEF DE LABORATOR	RESPONSABIL DE ANALIZA
	

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Incercarile si interpretarile marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.

**MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ**

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10	acreditat pentru INCERCARE
STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU Gorj	
Tel: 0253/210.156, 0253/237.878, 0253/224.189 Tel/Fax 0253/210.144, 0253/237878	SR EN ISO/CEI 17025:2005 CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 1060
E-mail: email dsp.gorj.rel.pub@gmail.com, dspj.gorj@intergorj.ro, microbiologie.aspgorj@yahoo.com	
Pagina Web: http://www.dsp-gorj.centruldecacul.ro Numar cu date cu caracter personal: 35910	

Buletin Analiza pentru determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare - aeromicroflora
Nr.: 229
Data: 01/02/2019

Solicitant: SPITALUL PNEUMOTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, **Judetul:** Gorj, **Localitatea:** COMUNA RUNCU, **Strada:** , **Nr.**

Pentru probele:

Nr. proba	Den. proba	Recoltari	Data si ora recoltare	Loc recoltare	Recoltat de	Observatii
474	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare - aeromicroflora	timp expunere :10 min	29.01.2019 08:00	Bacteriologie, Laborator	Ceaureanu I.	comanda analiza nr.132
475	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare - aeromicroflora	timp expunere :10 min	29.01.2019 08:00	Biochimie, Laborator	Ceaureanu I.	comanda analiza nr.132
476	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare - aeromicroflora	timp expunere :10 min	29.01.2019 08:00	Hematologie, Laborator	Ceaureanu I.	comanda analiza nr.132
477	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare - aeromicroflora	timp expunere :10 min	29.01.2019 08:00	camera recoltari sputa,sectia a III a	Ceaureanu I.	comanda analiza nr.132
478	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare - aeromicroflora	timp expunere :10 min	29.01.2019 08:00	camera recoltari sputa,sectia I	Ceaureanu I.	comanda analiza nr.132
479	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare - aeromicroflora	timp expunere :10 min	29.01.2019 08:00	camera recoltari sputa,sectia a II a	Ceaureanu I.	comanda analiza nr.132
480	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare - aeromicroflora	timp expunere :10 min	29.01.2019 08:00	camera lucru,explorari functionale	Ceaureanu I.	comanda analiza nr.132
481	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare - aeromicroflora	timp expunere :10 min	29.01.2019 08:00	cabinet consultatii,camera de garda	Ceaureanu I.	comanda analiza nr.132
482	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare - aeromicroflora	timp expunere :10 min	29.01.2019 08:00	cabinet consultatii,ambulatoriu	Ceaureanu I.	comanda analiza nr.132

Data si Ora Primirii Probelor: 29.01.2019 09:25

Data si Ora Punerii in Lucru: 29.01.2019 11:30

Determinari microbiologice

Nr.proba	Parametru	UM / Metoda	Valoare Determinata	Valoare admisa	Referential
474	Numar total de germeni	UFC/m3/met. cultura	79	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
474	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
475	Numar total de germeni	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
475	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3/met. cultura	79	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
476	Numar total de germeni	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
476	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
477	Numar total de germeni	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
477	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
478	Numar total de germeni	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Incercarile si interpretarile marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.

**MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ**

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10 STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU Gorj Tel: 0253/210.156, 0253/237.878, 0253/224.189 Tel/Fax 0253/210.144, 0253/237878 E-mail: email dsp.gorj.rel.pub@gmail.com, dspj.gorj@intergorj.ro, microbiologie.aspgorj@yahoo.com Pagina Web: http://www.dsp-gorj.centruldecacul.ro Numar cu date cu caracter personal: 35910	acreditat pentru INCERCARE  SR EN ISO/CEI 17025:2005 CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 1060
---	---

Buletin Analiza pentru determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare - aeromicroflora

Nr.: 229

Data: 01/02/2019

Solicitant: SPITALUL PNEUMOTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, **Judetul:** Gorj, **Localitatea:** COMUNA RUNCU, **Strada: , Nr.**

478	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
479	Numar total de germeni	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
479	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
480	Numar total de germeni	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
480	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
481	Numar total de germeni	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
481	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
482	Numar total de germeni	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
482	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M

MEDIC SEF DE LABORATOR	RESPONSABIL DE ANALIZA
	

*Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Incercarile si interpretarile marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.*